



Barczewo, dnia 24.04.2025 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
DOT. POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH
NA POTRZEBY
MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W BARCZEWIE

Znak sprawy: ZP.252.4.2025

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Zapytania ofertowego następująco:

1. Treść Pytania

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu składania ofert ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego następująco:

V. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę cenową w formie skanu oryginału podpisanych dokumentów należy złożyć do dnia: **28 kwietnia 2025 roku do godz. 11⁰⁰** na adres poczty e-mail: przetargi@barczewo.pl
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **28 kwietnia 2025 r. o godz. 11¹⁵**

2. Treść Pytania

Czy Zamawiający w pozycjach, w których wskazuje nazwę własną produktu, dopuści produkty równoważne, o nie gorszych parametrach?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

3. Treść Pytania dotyczy **poz. 34-36 oraz poz. 56-58**

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować powielające się pozycje?

a) **Igły motylkowe**

występują w pozycjach 34 – 36 i te same rozmiary pojawiają się w pozycjach 56–58,

b) **podobnie koreczek Luer lock**

najpierw jest w pozycji 49 potem 59,

c) **ostrza chirurgiczne (skalpele) 12**

są najpierw w pozycji 115 a potem 128.

Czy zaszła omyłka, czy Zamawiający oczekuje zsumowanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa powtarzające się pozycje i modyfikuje treść zapytania ofertowego zgodnie z Załącznikiem Nr 2 – Formularz cenowy – po zmianie jednolity

4. Treść Pytania – **poz. 4**

Czy Zamawiający oczekuje bandaży 10cm x 4m??

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.



Zamawiający modyfikuje treść zapytania ofertowego zgodnie z Załącznikiem Nr 2 – Formularz cenowy – po zmianie jednolity

5. Treść Pytania – poz. 9

Czy Zamawiający oczekuje podkładu bibułowo foliowego (dwie warstwy bibuły, jedna folii) o szerokości 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

Zamawiający modyfikuje treść zapytania ofertowego zgodnie z Załącznikiem Nr 2 – Formularz cenowy – po zmianie jednolity

6. Treść Pytania – poz. 42-45

Czy w w.w. pozycjach nie zaszła omyłka pisarska? Czy Zamawiający w tych pozycjach oczekuje po jednej sztuce kaniuli?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść Zapytania ofertowego następująco:

Lp	Nazwa	Nazwa oferowanego produktu	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5
42	Kaniuła KD-FIX 0,7x19 24G żółta		op. 50 szt	4
43	Kaniuła KD-FIX 0,9x25 22G niebieska		op. 50 szt	4
44	Kaniuła KD-FIX 1,1x32 20G różowa		op. 50 szt	4
45	Kaniuła KD-FIX 1,3x45 18G zielona		op. 50 szt	4

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 – Formularz cenowy – po zmianie jednolity

7. Treść Pytania – poz. 46-48

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kaniul bezpiecznych, z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem?

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z poz. 46-48 i modyfikuje treść zapytania ofertowego zgodnie z Załącznikiem Nr 2 – Formularz cenowy – po zmianie jednolity

8. Treść Pytania – poz. 23

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozm. 2,5 cm x 9,14 m?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Zamawiający modyfikuje treść zapytania ofertowego zgodnie z Załącznikiem Nr 2 – Formularz cenowy – po zmianie jednolity

9. Treść Pytania – poz. 65

Czy Zamawiający dopuści strzykawki innego producenta, trzyczęściowe, z dodatkową gumową nasadką na tłoku, zwiększającą komfort użytkowania, zapewniającą lepszą szczelność strzykawki i zabezpieczającą przed zacięciem się tłoka w trakcie podawania leków lub pobierania krwi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

10. Treść Pytania – poz. 65

Czy Zamawiający dopuści wycenę za pełne opakowanie 100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe z odpowiednim przeliczeniem ilości.

11. Treść Pytania – poz. 66

Czy Zamawiający oczekuje pojemności 50ml?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

12. Treść Pytania – poz. 100

Jakiej pojemności żelu oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje żelu o pojemności 500 ml i jednocześnie rezygnuje z pozycji 99 „Żel do głowic USG Transound - 5l (niebieski lub bezbarwny)”

13. Treść Pytania – poz. 109-110

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wskazanych pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie oferty większej ilości oferentów?

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z 109-110 pozycji „Płyn do dezynfekcji skóry KODAN” modyfikuje treść zapytania ofertowego zgodnie z Załącznikiem Nr 2 – Formularz cenowy – po zmianie.

14. Treść Pytania – poz. 129

Pęsety w jakim rozmiarze oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź: pęseta chirurgiczna standard 1:2 rozmiar 130 mm

15. Treść Pytania – poz. 130

Pęsety w jakim rozmiarze oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź:

pęseta chirurgiczna z ząbkami 2:3 rozmiar 130 mm

16. Treść Pytania – poz. 134

Zamawiający oczekuje centymetr papierowy, jednorazowego użytku?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje centymetr wielorazowego użytku.

17. Treść Pytania – poz. 135

Czy Zamawiający oczekuje opatrunku w rozmiarze 5cm x 5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje opatrunku w rozmiarze 5cm x 5cm

Załącznik

1) Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy po zmianie - jednolity

DYREKTOR
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie
Anita Karnacewicz
(-)