



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Barczewo, dnia 22.05.2025 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

DOT. POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Część nr 1 – lodówka medyczna

Znak sprawy: ZP.252.9.2025

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Zapytania ofertowego następująco:

Treść Pytania Nr 1

Czy Zamawiający dopuści oświetlenie LED wielopunktowe, w formie listwy?
Jeżeli nie, proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do Zapytania ofertowego Formularz parametrów wymaganych – oferowanych – po zmianie

Treść Pytania Nr 2

Czy podtrzymanie akumulatorowe dotyczy tylko elektroniki (alarmy, wyświetlacz, rejestratory temperatury) czy ma zapewnić również pracę sprężarki?
Jeżeli chodzi o pracę sprężarki, to na jaki czas?

Odpowiedź:

Podtrzymanie akumulatorowe dotyczy elektroniki (alarmy, wyświetlacz, rejestratory temperatury) oraz ma zapewnić również pracę sprężarki na czas **minimum 7 godzin**.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do Zapytania ofertowego Formularz parametrów wymaganych – oferowanych – po zmianie

Treść Pytania Nr 3

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach zewnętrznych 690*653*1920 mmm (SzxGxW), z półkami o wymiarach 590x450 mm i pojemności użytkowej **416 litrów**?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do Zapytania ofertowego Formularz parametrów wymaganych – oferowanych – po zmianie

4. Treść Pytania Nr 4

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach zewnętrznych 600 * 650 * 1790 mm (Sz x G x W), z półkami o wymiarach 480 x 470 mm i pojemności użytkowej **390 litrów**?



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i jednocześnie dokonuje modyfikacji treści Zapytania w poz. 24 następująco:

DANE TECHNICZNE		
24.	Pojemność użytkowa [l]	min. 395

Zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do Zapytania ofertowego Formularz parametrów wymaganych – oferowanych – po zmianie

DYREKTOR
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie
Anita Karnacewicz
(-)