



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Barczewo, dnia 23.05.2025 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
DOT. POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Część nr 1 – lodówka medyczna

Znak sprawy: ZP.252.9.2025

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Zapytania ofertowego następująco:

Treść Pytania Nr 1

Poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści jedną listwę LED na całej wysokości ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do Zapytania ofertowego Formularz parametrów wymaganych – oferowanych – po zmianie 2

Treść Pytania Nr 2

Poz. 9 – Czy Zamawiający moduł alarmowy + zewnętrzny rejestrator temperatury z wyjściem USB do zgrywania danych?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego

Treść Pytania Nr 3

Poz. 20 – Czy Zamawiający dopuści szerokość 626 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

4. Treść Pytania Nr 4

Poz. 21 – Czy Zamawiający dopuści głębokość 740 mm ?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego

5. Treść Pytania Nr 5

Poz. 22 – Czy Zamawiający dopuści wysokość 1865 mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego

6. Treść Pytania Nr 6

Poz. 24 – Czy Zamawiający dopuści 435 litrów ?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego

7. Treść Pytania Nr 7

Poz. 26 - Czy Zamawiający dopuści Wymiary półek (dł. x szer.) [mm] 500 x 530 ?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego

DYREKTOR
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie
Anita Karnacewicz
(-)